



# EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Wir  
We CS Instruments GmbH & Co.KG  
Zindelsteiner Straße 15, 78052 Villingen-Schwenningen

Erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt  
Declare under our sole responsibility that the product

Durchfluss-/Verbrauchssonde VA 550 Ex  
Flow-/ Consumption sensor

Kennzeichnung  
Labelling  0123  II 2G Ex db IIC T4 Gb  
II 2D Ex tb IIIC T90°C Db

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt.

To which this declaration relates is in conformity with the following standards or normative documents.

EN IEC 60079-0:2018	Allgemeine Anforderungen General requirements
EN 60079-1:2014	Druckfeste Kapselung „d“ Flameproof enclosure „d“
EN 60079-31:2014	Schutz durch Gehäuse „t“ Protection by enclosure „t“


Gemäß der Bestimmungen der Richtlinie  
Following the provisions of Directive

2014/34/EU	Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
2014/34/EU	Devices and protective systems for intended use within highly combustible ranges

EU-Baumusterprüfbescheinigung **ZELM 15 ATEX 0544 X** Issue 3 erteilt von  
EU-Type Examination **ZELM 15 ATEX 0544 X** Issue 3 given of

CSA Group Netherlands B.V., Utrechtseweg 310, Building B42,  
6812AR, Netherlands

Tannheim, den 29.07.2024



Wolfgang Blessing Geschäftsführer